



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALMEIRIM
Secretaria Executiva de Saúde Pública
Rodovia Almeirim Panaicá, n.º 510 anexo- Centro
CEP: 68.230-000 – Almeirim/Pará

ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1 OBJETO

1.1 O presente Termo de Referência tem por finalidade a Registro de Preços, para eventual e futura aquisições de equipamentos odontológicos, para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Almeirim/PA, objetivando abastecer as Unidades de Saúde da Secretaria Executiva de Saúde Pública de Almeirim /SESPA, conforme os prazos, especificações e quantitativos discriminados neste Termo.

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.
01	COMPRESSOR DE AR PARA USO ODONTOLÓGICO, ISENTO DE ÓLEO, QUE ATENDA NO MÍNIMO UM CONSULTÓRIO. Especificações Técnicas: Voltagem: 110v – 200v Potência: 1,5 HP Vazão: 0 bar 230 l/m8, 1 pcm Pressão Máxima: 8 bar/120 psi Nível de ruído: 74 peso de 39 kg Acompanhado de equipo de 1 sugador por dadeira. Produto deve possuir certificado ISSO 9000/1/2008 ou superior.	UN	01
02	AUTOCLAVE. Especificações Técnicas: Capacidade de 21 litros; Painel frontal digital com comandos manuais; Câmara de esterilização em aço inox; Tempo de 8 minutos. Temperatura de operação de 134° C; Secagem com porta entreaberta; Programação para cinco ciclos; Sistema automático de preaquecimento e secagem; Entrada de água por bomba; Porta dobradiças com fechamento com dispositivo que possua sistema de vedação; Sistema de segurança automático; Sistema termodinâmico para eliminação das bolsas de ar frio; Sistema de pressão, válvula de segurança calibrada e lacrada, resistência inox; tensão de alimentação elétrica 110 e ou 220 volts. Produto deve possuir registro na ANVISA, certificado de boas práticas de fabricação e controle (CBPF), de acordo com a RDC 59 e certificado ISSO 90001/1/2008 ou superior.	UN	01
03	FOTOPOLIMERIZADOR. Especificações Técnicas: Tipo LED; com wireless portátil, potência efetiva acima de 1.200mw/cm; programável em três, níveis: 20, 40 e 60 segundos; potência autoclaves; com emissão do sinal sonoro; comprimento de onda entre 440 e 480 mm, produto deve possuir registro na ANVISA, certificado de boas práticas de fabricação e controle (CBPF), de acordo com a RDC 59 e certificado ISSO 9000/1/2008 ou superior.	UN	01
04	KITS DE CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO – KIT CONTENDO 4 PEÇAS DE MÃO, ESTERILIZAVÉL EM AUTOCLAVE. Especificações Técnicas: Turbina 505c + 1 Contra – Ângulo 500 + 1 Micromotor 500 + 1 Peça Reta 500; Micromotor encaixe Borden 2 furos, Spray para refrigeração por condução interna, Sistema de encaixe universal intra, esterilizável em autoclave até 135° C, acoplamento borden, mínimo de 5.000 rpm – máximo de 20.000 rpm, micromotor baixa rotação 500: Acoplamento borden intramatic, spray interno, rotação de 5.000 a 20.000 rpm, encaixe intramatic universal, fácil manuseio, permite giro livre de 360°, esterilizável em autoclave até 135° C.	UN	03

Almeirim/PA, 09 de setembro de 2019.

GERFSON CAMELO VILELA
CIRURGIÃO DENTISTA
CRO 808/AP